How to Properly Use VistaClean™ Irrigant Solution Concentrate
Comment utiliser correctement la solution d'irrigation concentrée VistaClean™

VistaClean™ Irrigant Solution Concentrate is an aqueous cleaner derived from citrus botanicals and is designed for use in dental waterlines. It may be used in waterlines continuously or intermittently as desired. It's produced from 100% natural botanicals by a proprietary process and contains powerful cleaning characteristics. As an aqueous cleaner it has the ability to effectively emulsify organic and inorganic contaminants, soils and oxidation products from waterlines. It also provides lubrication as an irrigant while protecting lines and system components from deposits and scale. When used according to directions, it is completely non-toxic, non-corrosive, simple to use and has no negative effect on bonding.

La solution d'irrigation concentrée VistaClean™ est un produit nettoyant aqueux dérivé de citrus d'origine végétale, conçu pour être utilisé dans les conduites d'eau des unités dentaires. Il peut être utilisé soit en continu, soit par intermittence dans les conduites. Il est produit à base de plantes 100 % naturelles par un procédé exclusif et possède de puissantes propriétés nettoyantes. En tant que produit nettoyant aqueux, il a la capacité d'émulsionner de manière efficace les contaminants organiques et inorganiques, les salissures et les produits d'oxydation des conduites d'eau. En tant que solution d'irrigation, il lubrifie également les conduites et les composants du système tout en les protégeant contre les dépôts et le tartre. Lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi, est un produit entièrement non toxique, non corrosif, facile à utiliser, et il n'a pas d'effet négatif sur les liaisons.

For Bottle System Users

Initial Cleaning:
All bottles and waterlines should be cleaned with an EPA registered antimicrobial cleaner like VistaTab™ Dental Waterline Cleaner Tablets prior to use and at least once per month. See the VistaTab Tablet directions for complete details.

Daily Use:
1. Fill bottle to normal capacity with clean water.

2. Add the correct number of VistaClean Irrigant Solution Concentrate drops based on the size of the bottle as shown below:

Bottle Capacity	Min Drops	Max Drops
500 ml	1	2
750 ml	1	3
1.0 Liter	1	3
1.5 Liters	1	4
2.0 Liters	2	5

3. Return the bottle to manifold on the dental unit. The water system is now ready for use with patients.

Note: Always start with a fresh batch each time the bottle is removed and filled. Use the above formula. If water remains in the bottle at the end of the day, the bottle may be left attached to system manifold and used the following day. The bottle containing water and VistaClean Solution drops may be left attached to the dental unit manifold when not in use to keep system sealed. If the water foams or patients notice an astringent taste, reduce the number of drops used when making each batch. VistaClean Solution should not be used as a sole waterline treatment, rather, in combination with an EPA registered antimicrobial cleaner for bacteria control. VistaTab Dental Waterline Cleaner Tablets IMS-1451 are recommended.

Pour les utilisateurs de systèmes à bouteilles

Nettoyage initial:
Toutes les bouteilles et les conduites d'eau doivent être nettoyées avec un produit nettoyant antimicrobien enregistré auprès de l'EPA, tel que les comprimés nettoyants VistaTab™, avant utilisation et au moins une fois par mois. Consultez le mode d'emploi les comprimés VistaTab pour obtenir des instructions détaillées.

Utilisation quotidienne:
1. Remplissez la bouteille à son niveau normal avec de l'eau potable.

2. Ajoutez le nombre correct de gouttes de solution d'irrigation concentrée VistaClean en fonction de la taille de la bouteille, comme indiqué ci-dessous:

Contenance de la bouteille	Nbre min. de gouttes	Nbre max. de gouttes
500 ml	1	2
750 ml	1	3
1.0 litre	1	3
1.5 litre	1	4
2.0 litre	2	5

3. Replacez la bouteille sur le distributeur de l'unité dentaire. Le système d'alimentation en eau est maintenant prêt à être utilisé sur les patients.

Remarque: utilisez toujours un nouveau mélange chaque fois que la bouteille est retirée et remplie. Utilisez la formule ci-dessus. Si la bouteille contient encore de l'eau à la fin de la journée, elle peut rester fixée au distributeur et l'eau qui reste peut être utilisée le jour suivant. La bouteille contenant l'eau et les gouttes de la solution VistaClean peut rester fixée au distributeur de l'unité dentaire lorsqu'elle n'est pas utilisée, afin que le système reste fermé. Si l'eau mousse ou si le patient remarque un goût astringent, réduisez le nombre de gouttes utilisées lors de la préparation de chaque mélange. La Solution VistaClean ne doit pas être utilisé seul pour le traitement des conduites d'eau, mais conjointement avec un nettoyant antibactérien enregistré auprès de l'EPA pour la lutte contre les bactéries. Il est recommandé d'utiliser les comprimés nettoyants VistaTab IMS-1451 pour les conduites d'eau des unités dentaires.

General Note: Avoid contact with eyes. NEVER USE FULL STRENGTH.
Remarque générale: éviter le contact avec les yeux. NE JAMAIS UTILISER EN CONCENTRATION INTÉGRALE.

Hu-Friedy
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
2501 Sanders Rd.
Northbrook, IL 60062 | USA

K7056 / REV 6 - 2510

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Tous les noms de société et de produit sont des marques de commerce de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ses filiales ou sociétés apparentées, sauf mention contraire.
©2025 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. Tous droits réservés.

PAPER INSERT

+D6713040181%

HuFriedyGroup
The Best In Practice