

Waterline Filter Shock Accessory Kit



Always remove the Waterline Filter before cleaning waterlines with any type of antimicrobial agent. To introduce an antimicrobial waterline cleaner using a dental bottle, the riser tubing inside the bottle needs to be reinstalled temporarily. To make this process easier, this accessory kit includes a special fitting and tubing to replace the riser tubing previously removed to accommodate the Waterline Filter.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Turn off and depressurize any devices attached to the Waterline Filter.
2. Remove the dental bottle from the manifold.
3. Unthread the barb fitting from the top of the filter, leaving the barb in place inside the tubing attached to the manifold. Remove the waterline filter.
4. Thread the female end of the special barb fitting included with this kit onto the male-thread end of the barb left inside the tubing attached to the manifold.
5. Cut the tubing attached to the special barb fitting to a length that allows at least a 1/4" gap between the end of the tubing and the bottom of the bottle.
6. Clean dental waterlines with an approved antimicrobial cleaner according to manufacturer's instructions.
7. After cleaning and rinsing lines, remove the bottle, unthread the special fitting from the male barb fitting left in place inside the tubing attached to the manifold. Keep this special fitting and tubing for future cleanings.
8. Replace or reinstall the Waterline Filter according to included instructions.
9. If you plan to re-use this accessory in the future:
 - Thoroughly rinse the inside and outside of the shock accessory with warm water.
 - Shake out excess water and allow the accessory to dry completely.
 - Place dry accessory in the original bag, or a zip-top bag with a copy of the Instructions for Use.



Manufactured for:
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell Street
Chicago, IL 60618 | USA
1-800-483-7433 | Care@Hu-Friedy.com

N4498 / REV 2 - 2402

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.
©2024 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

Kit d'accessoires de traitement par choc du filtre de conduites d'eau



Avant de nettoyer les conduites d'eau avec un agent antimicrobien, toujours retirer le filtre de conduites d'eau. Pour introduire un nettoyant antimicrobien de conduite d'eau à l'aide d'une bouteille à usage dentaire, le tube de dégagement à l'intérieur de la bouteille doit être réinstallé temporairement. Pour faciliter ce processus, ce kit d'accessoires est doté d'un raccord et d'un tube spéciaux pour remplacer le tube de dégagement précédemment retiré afin d'accueillir le filtre de conduite d'eau.

MODE D'EMPLOI

1. Éteindre et dépressuriser les appareils raccordés au filtre de conduite d'eau.
2. Retirer la bouteille à usage dentaire du collecteur.
3. Dévisser le raccord cannelé du haut du filtre, en laissant le raccord cannelé en place dans le tube fixé au collecteur. Retirer le filtre de conduite d'eau.
4. Enfiler l'extrémité femelle du raccord cannelé spécial fourni avec ce kit sur l'extrémité fileté mâle du raccord cannelé laissé à l'intérieur du tube attaché au collecteur.
5. Couper le tube fixé au raccord cannelé spécial sur une longueur qui permet un espace d'au moins 0,64 cm entre l'extrémité du tube et le fond de la bouteille.
6. Nettoyer les conduites d'eau dentaires avec un nettoyant antimicrobien agréé conformément aux instructions du fabricant.
7. Après le nettoyage et le rinçage des conduites, retirer la bouteille, dévisser le raccord spécial du raccord cannelé mâle à l'intérieur du tube fixé au collecteur. Conserver ce raccord et ce tube spéciaux pour les nettoyages ultérieurs.
8. Remplacer ou réinstaller le filtre de conduite d'eau conformément aux instructions fournies.
9. Si vous envisagez de réutiliser cet accessoire à l'avenir :
 - Rincer soigneusement l'intérieur et l'extérieur de l'accessoire de traitement par choc avec de l'eau tiède.
 - Secouer l'excès d'eau et laisser sécher complètement l'accessoire.
 - Placer un accessoire sec dans le sac d'origine ou un sac Zip-Top avec une copie du mode d'emploi.



Manufactured for:
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell Street
Chicago, IL 60618 | USA
1-800-483-7433 | Care@Hu-Friedy.com

N4498 / REV 2 - 2402

Sauf indication contraire, tous les noms de produits sont des marques de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, de ses filiales ou sociétés associées.

©2024 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés

HuFriedyGroup
The Best In Practice