


EN

# Accutron™ PIP+™ Nasal Masks INSTRUCTIONS FOR USE



Attach the new nasal mask as illustrated here. Remove and replace upon completion of procedure.

**Mask part numbers:**

33015-3, 33015-9, 33015-14, 33015-15, 33015-16, 33015-19, 33016-1, 33016-2, 33016-3, 33016-9, 33016-10, 33016-11, 33016-12, 33016-13, 33016-14, 33016-15, 33016-16, 33016-18, 33016-19, 33017-1, 33017-4, 33017-9, 33017-10, 33017-11, 33017-12, 33017-17, 33017-18, 33017-19

**Used in adapter asemblies:** 35000, 35100, 35300, 35325, 35350, 35400, 35500, 35600

**Used with scavenging circuits:** 32007, 32009, 33008, 33010 which includes IFU 28903 explaining how to use mask and circuit in a procedure.

## Indications for use:

To be used in nitrous oxide/oxygen sedation systems for delivering to a patient a mixture of nitrous oxide and oxygen gases with a maximum nitrous oxide concentration of 70%.

PIP+™ Nasal Masks are single use only and to be used with PIP+™ Scavenging Circuits.

## Contraindications:

Contraindications for use of nitrous oxide/oxygen inhalation may include:

- Some chronic obstructive pulmonary diseases
- Severe emotional disturbances or drug-related dependencies
- First trimester of pregnancy
- Treatment with bleomycin sulfate
- Methylenetetrahydrofolate reductase deficiency
- Severe asthma

Whenever possible, appropriate medical specialists should be consulted before administering analgesic/anxiolytic agents to patients with significant underlying medical conditions (e.g., severe obstructive pulmonary disease, congestive heart failure, sickle cell disease, acute otitis media, recent tympanic membrane graft, acute severe head injury.[1] Operator must review patient history with regard to these health issues.

[1] American Academy of Pediatric Dentistry. Clinical Guidelines: Guidelines on Use of Nitrous Oxide for Pediatric Dental Patients. Pediatr Dent 2009;31(6):148-151. Available at: "http://www.aapd.org/media/policies.asp". Accessed February 23, 2010.

## Warnings:


To be used only by a professional trained in the use of nitrous oxide, using titration method. Patient should always be closely monitored during nitrous oxide use. If patient has an adverse reaction, reduce or stop the flow of nitrous oxide as needed.

The O2 flush button can be used to rapidly purge the lines of N2O. If patient does not show signs of quick recovery, remove nasal hood and treat with pure oxygen from either the O2 resuscitator fitting or an auxiliary oxygen tank using a demand valve, oxygen assisted manual resuscitator, or equivalent. Call for emergency assistance if rapid response is not achieved.

Do not use this device for the administration of general anesthesia or as part of, or in conjunction with, a general anesthesia administration system.

## Cautions:

Federal (U.S.) law restricts this device to sale by or on order of a dentist or physician.




No expiration date required.
Not made with natural rubber latex.

ACCUTRON
Nitrous Oxide/Oxygen Sedation
Accutron, Inc.
1625 W. Pinnacle Peak Rd., Phoenix, AZ 85027 USA
800.531.2221 | HuFriedyGroup.com/Accutron

US Made in USA




29097 / REV 1 - 07/2026

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.
©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

FR

# Masques nasaux Accutron™ PIP+™ MODE D'EMPLOI



Placez le nouveau masque nasal comme illustré ici. Retirez-le et remplacez-le à l'issue de la procédure.

**Références des masques :**

33015-3, 33015-9, 33015-14, 33015-15, 33015-16, 33015-19, 33016-1, 33016-2, 33016-3, 33016-9, 33016-10, 33016-11, 33016-12, 33016-13, 33016-14, 33016-15, 33016-16, 33016-18, 33016-19, 33017-1, 33017-4, 33017-9, 33017-10, 33017-11, 33017-12, 33017-17, 33017-18, 33017-19

**Utilisés dans les systèmes avec adaptateur :** 35000, 35100, 35300, 35325, 35350, 35400, 35500, 35600

**Utilisés avec un circuit d'évacuation :** 32007, 32009, 33008, 33010 incluant le mode d'emploi 28903 qui explique comment utiliser le masque et le circuit lors d'une procédure.

## Mode d'emploi :

À utiliser avec les systèmes de sédation au protoxyde d'azote/oxygène en vue de l'administration au patient d'un gaz composé de protoxyde d'azote et d'oxygène à une concentration maximale de 70 % de protoxyde d'azote.

Les masques nasaux PIP+™ sont à usage unique et doivent être utilisés avec un circuit d'évacuation PIP+™.

## Contre-indications :

L'utilisation de protoxyde d'azote/oxygène en inhalation peut être contre-indiquée dans les cas suivants :

- Certaines maladies pulmonaires obstructives chroniques
- Troubles émotionnels graves ou toxicomanies
- Premier trimestre de grossesse
- Traitement au sulfate de bléomycine
- Déficit en méthylènetétrahydrofolate réductase
- Asthme sévère

Dans la mesure du possible, il convient de consulter un spécialiste compétent avant d'administrer des agents analgésiques/anxiolytiques à des patients présentant des pathologies sous-jacentes importantes (par ex., maladie pulmonaire obstructive grave, insuffisance cardiaque congestive, drépanocytose, otite moyenne aiguë, greffe récente de la membrane tympanique, traumatisme crânien aigu/grave)[1]. Ces problèmes de santé doivent être vérifiés par l'opérateur dans les antécédents du patient.

[1] American Academy of Pediatric Dentistry. Clinical Guidelines: Guidelines on Use of Nitrous Oxide for Pediatric Dental Patients. Pediatr Dent 2009;31(6):148-151. Disponible sur : « http://www.aapd.org/media/policies.asp ». Dernier accès : 23 février 2010.

## Mises en garde :


Utilisation réservée aux professionnels ayant suivi une formation à l'utilisation du protoxyde d'azote, selon une méthode de titrage. Les patients doivent toujours faire l'objet d'une surveillance étroite pendant l'utilisation de protoxyde d'azote. En cas de réaction indésirable chez le patient, réduisez ou interrompez le débit de protoxyde d'azote au besoin.

Le bouton de purge O2 peut être utilisé pour évacuer rapidement les conduites de protoxyde d'azote (N2O). Si le patient ne montre pas de signes de rétablissement rapide, retirez le masque nasal et administrez de l'oxygène pur à l'aide du raccord du réanimateur O2 ou d'une bouteille d'oxygène auxiliaire équipée d'une valve à la demande, d'un insufflateur manuel d'oxygène ou de tout autre dispositif équivalent. Appelez les services d'urgence si le patient ne réagit pas rapidement.

N'utilisez pas ce dispositif à des fins d'anesthésie générale, comme élément d'un système d'anesthésie générale ou associé à ce genre de système.

## Avertissements :

La loi fédérale des États-Unis restreint la vente de ce dispositif par ou à la demande d'un dentiste ou d'un médecin.




Pas de date d'expiration requise.
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.

ACCUTRON
Nitrous Oxide/Oxygen Sedation
Accutron, Inc.
1625 W. Pinnacle Peak Rd., Phoenix, AZ 85027 USA
800.531.2221 | HuFriedyGroup.com/Accutron

US Fabriqué aux États-Unis
29097-FR / REV 1 - 07/2026

Sauf indication contraire, tous les noms de produits sont des marques de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, de ses filiales ou sociétés associées.
©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés.

HuFriedyGroup
The Best In Practice

| | EN | FR |
|---|---|---|
|  | Consult instructions for use | Consulter le mode d'emploi |
|  | Caution | Avertissement |
|  | Single use only | Usage unique seulement |
|  | Manufacturing lot number | Numéro de lot de fabrication |
|  | Prescription only (USA) | Sur ordonnance uniquement (États-Unis) |
|  yyyy/mm | Date of manufacture | Date de fabrication |
|  | Manufacturer | Fabricant |
|  | Catalog number | Référence catalogue |
|  | Medical Device | Dispositif médical |
|  | Unique Device Identifier | Identification Unique du Dispositif |
|  | Keep away from sunlight | Éviter toute exposition à la lumière du soleil |

HuFriedyGroup
The Best In Practice